Ⅱ級窩洞用マトリックスシステム

Ⅱ級窩洞のCR充填にベーシックなキット

コンポジタイト 3D システム スターターキット

セット内容
- マトリックスバンド／スモール 10枚、エクストラスモール 5枚、セミスタンダード 10枚、スタンダード 10枚、ラージ 5枚
- コンポジタイト 3D リテーナー／ソフト 1個、スタンダード 1個
- コンポジタイト 3D リングフォーセップス 1本
- ウェッジワンド／エクストラスモール 5本、スモール 5本、ミディアム 5本、ラージ 5本
- 商品説明紹介用CD 1枚

標準価格　23,100円 649130

コンポジタイト 3D システム

セット内容
- マトリックスバンド／スモール 50枚、エクストラスモール 25枚、セミスタンダード 50枚、スタンダード 50枚、ラージ 25枚
- コンポジタイト 3D リテーナー／ソフト 2個、スタンダード 2個
- 商品説明紹介用CD 1枚

標準価格　41,000円 649132（リングフォーセップス付き 50,800円 649131）

●販売名 コンポジタイト 3D システム　●一般的名称 歯科用充填・修復材補助器具
●医療機器届出番号 27B1X00109000236

コンタクトはタイトなまま、バンドとボンディング材との接着を防ぎます。

コーティング加工によりスムーズにバンドを除去

レジンの貼り付きやバンドの除去にストレスを感じる方に

スリックバンド 3D スターターキット

セット内容
- スリックバンド／スモール 10枚、セミスタンダード 10枚、スタンダード 5枚
- コンポジタイト 3D リテーナー／ソフト 1個、スタンダード 1個
- コンポジタイト 3D リングフォーセップス 1本
- ウェッジワンド／エクストラスモール 5本、スモール 5本、ミディアム 5本、ラージ 5本
- 商品説明紹介用CD 1枚

標準価格　23,500円 649141

●販売名 スリックバンド 3D スターターキット　●一般的名称 歯科用充填・修復材補助器具
●医療機器届出番号 27B1X00109000264

スリックバンド アソートキット

セット内容
- スリックバンド／スモール 25枚、エクストラスモール 25枚、セミスタンダード 25枚、スタンダード 25枚、ラージ 25枚

標準価格　15,200円 649142

●販売名 スリックバンド　●一般的名称 歯科用マトリックスバンド
●医療機器届出番号 27B1X00109000263

より透過性を重視する方には

NEW

コンポジタイト 3D クリアシステム スターターキット

セット内容
- クリアバンド／スモール 25枚、セミスタンダード 25枚、スタンダード 25枚
- コンポジタイト 3D リテーナー／クリア 1個、スタンダード 1個
- コンポジタイト 3D リングフォーセップス 1本
- ウェッジワンド／エクストラスモール 5本、スモール 5本、ミディアム 5本、ラージ 5本

標準価格　28,900円 649150

●販売名 コンポジタイト 3D システム　●一般的名称 歯科用充填・修復材補助器具
●医療機器届出番号 27B1X00109000236

Ⅲ級・Ⅳ級窩洞用マトリックス

●ヴァリストリップ

COMPOSI-TIGHT 3D GARRISON DENTAL SOLUTIONS

歯冠長の短い女性や小児などの歯牙に

口腔内での脱落を防ぐショートサイズ

歯頸部をよりホールドするデザイン

スモール　ソフト

NEW

コンポジタイト 3D リテーナー スモール

135℃ 乾燥工程不可

標準価格　2個入　26,000円 649152

●販売名 コンポジタイト 3D リテーナー　●一般的名称 歯科用マトリックスリテイナ
●医療機器届出番号 27B1X00109000233

関連製品

大きな窩洞にもしっかりフィット

コンポジタイト 3D リテーナー ソフト

標準価格　2個入　17,600円 649134

135℃ 乾燥工程不可

スモールやソフトでは対応できない小児や歯列不整の場合に

コンポジタイト 3D リテーナー スタンダード

標準価格　3個入　10,600円 649133

135℃ 乾燥工程不可

●販売名 コンポジタイト 3D リテーナー　●一般的名称 歯科用マトリックスリテイナ　●医療機器届出番号 27B1X00109000233

マトリックスシステムに適した長めで解剖学的デザインの木製ウェッジ

NEW

ウッドウェッジ ディスポ

- エクストラスモール(イエロー)　300本 649156XS
- スモール(ブルー)　300本 649156S
- ミディアム(オレンジ)　300本 649156M
- ラージ(グリーン)　300本 649156L

標準価格　各色 9,300円

・アソート 各100本入 649156

標準価格　11,700円

●販売名 ウッドウェッジ　●一般的名称 歯科用マトリックスウェッジ　●医療機器届出番号 27B1X00109000283

滑りにくいザラザラの表面歯牙にきちんと沿うカーブ

Gーウェッジ ディスポ

・滑りにくいザラザラの表面

・歯間空隙にフィットする解剖学的形態（断面図）

〈表面拡大〉

- エクストラスモール(イエロー)　100本 649126XS
- スモール(ブルー)　100本 649126S
- ミディアム(オレンジ)　100本 649126M
- ラージ(グリーン)　100本 649126L

標準価格　各色 3,500円

●販売名 Gーウェッジ　●一般的名称 歯科用マトリックスウェッジ　●医療機器届出番号 27B1X00109000148

マトリックスバンドを容易に保持

コンポジタイト マトリックスフォーセップス 145℃



標準価格　20,000円 649127

●販売名 コンポジタイト マトリックスフォーセップス
●一般的名称 歯科用充填・修復材補助器具
●医療機器届出番号 27B1X00109000178

1本で充填・形態修正・仕上げまで対応

マルチファンクション コンポジット充填器 145℃

標準価格　TN009 15,800円 649129　TN008 11,600円 649128

●販売名 マルチファンクション コンポジット充填器　●一般的名称 歯科用充填器　●医療機器届出番号 27B1X00109000177

145℃ オートクレーブ可　ディスポ ディスポーザブル

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●掲載商品の標準価格は、2012年12月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

●医療機器の分類 一般医療機器（クラスⅠ）

製造　ギャリソン・デンタル・ソリューションズ

製造販売　株式会社モリタ
大阪本社　大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL：06-6380-2525
東京本社　東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL：03-3834-6161
www.dental-plaza.com

●この印刷物は環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。
PUB No.M207.1801-1-000.1212.67,000IS-SU

MORITA

Ⅱ級窩洞用立体マトリックスシステム

コンポジタイト 3D シリーズ

充填と同時に審美性の高い
Ⅱ級窩洞修復ができます。

光重合を妨げない
クリア素材を採用

COMPOSI-TIGHT 3D GARRISON DENTAL SOLUTIONS

製造　ギャリソン・デンタル・ソリューションズ

スマートペグメーカー別適用一覧

■ インプラント体レベル

インプラントメーカー	インプラント体の種類	インプラント体のサイズ	スマートペグ	商品コード
トーメンメディカル	SPIシステムインプラント（エレメント、コンタクト、ワンタイム）	3.5	Type22	679002 22
		4.0	Type21	679002 21
		4.5, 5.0, 6.0	Type15	679002 15
ノーベルバイオケア	ノーベルアクティブ	NP	Type21	679002 21
		RP	Type47	679002 47
	ブロネマルク、ノーベルスピーディーグルービー	NP	Type2	679002 2
		RP	Type1	679002 1
		WP	Type3	679002 3
	ノーベルダイレクト	NP	Type8	679002 8
		RP	Type9	679002 9
		WP	Type9	679002 9
	ノーベルパーフェクト	NP	Type10	679002 10
		RP	Type11	679002 11
		WP	Type14	679002 14
	ノーベルリプレイス、リプレイスセレクト、ノーベルスピーディーリプレイス	NP	Type12	679002 12
		RP	Type13	679002 13
		WP	Type13	679002 13
		6.0	Type40	679002 40
	ブロネマルクショートリー、ノーベルスピーディーショートリー	RP	Type1	679002 1
		WP	Type3	679002 3
ストローマン	スタンダード、スタンダードプラス、TE	ナローネック	Type17	679002 17
		レギュラーネック	Type4	679002 4
		ワイドネック	Type4	679002 4
	ボーンレベル	ナロークロスフィット3.3	Type53	679002 53
		レギュラークロスフィット4.1, 4.8	Type54	679002 54
京セラメディカル	POI2ピース	3.2, 3.7, 4.2	Type18	679002 18
	POI-EX	3.7	Type18	679002 18
		4.2	Type49	679002 49
		4.7, 5.2	Type47	679002 47
3i	オッセオタイト/ナノタイト　エクスターナルヘックス	3.25, 3.75, 4.0, 5.0, 6.0, XP3/4, 4/5, 5/6	Type1	679002 1
	オッセオタイト/ナノタイト　サーティン	3.25, 4/3	Type45	679002 45
	オッセオタイト/ナノタイト　サーティン	4.0, 5.0, 6.0, 5/4, 4/5/4, 5/6/5	Type15	679002 15
	オッセオタイト　サーティン	XP 4/5, 5/6	Type15	679002 15
デンツプライIH（旧アストラテック）	オッセオスピードイエロー	3.0S	Type50	679002 50
	オッセオスピードアクア	3.5S, 4.0S	Type38	679002 38
	オッセオスピードライラック	4.5, 5.0, 5.0S	Type7	679002 7
	マイクロスレッド　オッセオスピード	3.5	Type5	679002 5
		4.0	Type6	679002 6
		4.5, 5.0, 5.0S	Type7	679002 7
ジンマーデンタル	アドベント	4.5	Type35	679002 35
		5.7	Type34	679002 34
	スクリューベント	3.5	Type32	679002 32
		4.5	Type27	679002 27
		5.7	Type33	679002 33
	スプライン	3.25-5.0	Type30	679002 30
	スイスプラス	3.8	Type31	679002 31
		4.8	Type4	679002 4
デンツプライフリアデント	アンキロス	A, B, C	Type16	679002 16
	フリアリット2	3.4, 6.5	Type21	679002 21
	ザイブ	3.0	Type22	679002 22
		3.4-5.5	Type21	679002 21
		TG	Type8	679002 8
アルタデント	カムログ	3.3	Type28	679002 28
		3.8, 4.3	Type23	679002 23
		5.0, 6.0	Type24	679002 24
プラトン	タイプⅠ、タイプⅡ		Type4	679002 4
	タイプⅣプロ		Type7	679002 7
GC	ジェネシオ		Type21	679002 21
	セティオ		Type1	679002 1
バイオホライズン	インターナル、インターナルテーパード、シングルステージ	イエロープラットフォーム	Type32	679002 32
		グリーンプラットフォーム	Type27	679002 27
		ブループラットフォーム	Type33	679002 33
	エクスターナル	3.5	Type30	679002 30
		4.0-6.0	Type1	679002 1
オステム	USⅡ, USⅢ	ミニ	Type2	679002 2
		レギュラー	Type1	679002 1
		ワイド、ウルトラワイド	Type3	679002 3
	USⅣ	コニカルミニ	Type8	679002 8
	GSⅡ	ミニ	Type5	679002 5
		レギュラー、ワイド、ウルトラワイド	Type6	679002 6
	GSⅢ	ミニ	Type5	679002 5
		レギュラー	Type6	679002 6
	SSI、SSⅡ、SSⅢ	レギュラー	Type4	679002 4
		ワイド	Type4	679002 4

■ アバットメントレベル

トーメンメディカル	SPIシステムインプラント	バー用アバットメント	Type36	679002 36
ノーベルバイオケア	ブロネマルクシステム	MUA NP, RP	TypeA3	679002 A3

Campaign News 3

クリアフィル®マジェスティ® ES-2 新発売記念キャンペーン①

期間延長! 2013年1月20日まで!

数量限定

2012年11月21日から実施しております『**クリアフィル® マジェスティ® ES-2 新発売キャンペーン①**』をご好評につき、数量限定で期間を延長し実施いたします。
期間中、**「クリアフィル® マジェスティ® ES-2」単品2本**に**「コンポジットレジン整理ケース」**を詰め合わせて**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

歯科充填用コンポジットレジン

クリアフィル®マジェスティ® ES-2

A2/A3/A3.5のいずれか1本とその他お好きな色の詰め合わせ

単品2本（XW、W、A1、A2、A3、A3.5、A4、A6、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、OA2、OA3）

3,300円×2本=6,600円

■内容　各3.6g/2.0mL
■標準価格　3,300円
●医療機器認証番号　224ABBZX00119000
●医療機器の分類　管理医療機器(クラスⅡ)

と

コンポジットレジン整理ケース

■標準価格　1,000円

※ケース本体のみで、コンポジットレジン等の収納物は含まれません。
※実物の素材とは若干異なります。

3点を詰め合わせて

特別価格にてご提供！

セールコード	組み合わせ例
243043	A2 1本 ＋ XW／W／A1／A2／A3／A3.5／A4／A6／B1／B2／B3／B4／C1／C2／C3／C4／D2／D3／OA2／OA3 のいずれか1本
243044	A3 1本 ＋ XW／W／A1／A3／A3.5／A4／A6／B1／B2／B3／B4／C1／C2／C3／C4／D2／D3／OA2／OA3 のいずれか1本
243045	A3.5 1本 ＋ XW／W／A1／A3.5／A4／A6／B1／B2／B3／B4／C1／C2／C3／C4／D2／D3／OA2／OA3 のいずれか1本

Campaign News 4

クリアフィル®マジェスティ® ES-2 新発売記念キャンペーン②

期間延長! 2013年1月20日まで!

数量限定

2012年11月21日から実施しております『**クリアフィル® マジェスティ® ES-2 新発売キャンペーン②**』をご好評につき、数量限定で期間を延長し実施いたします。
期間中、**「クリアフィル® マジェスティ® ES-2」単品1本**を**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

歯科充填用コンポジットレジン

クリアフィル®マジェスティ® ES-2

お好きな色の

単品1本を（XW、W、A1、A2、A3、A3.5、A4、A6、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、OA2、OA3）

■内容　各3.6g/2.0mL
■標準価格　3,300円
●医療機器認証番号　224ABBZX00119000
●医療機器の分類　管理医療機器(クラスⅡ)

特別価格にてご提供！

商品コード															
A1 243020	A2 243021	A3 243022	A3.5 243023	A4 243024	A6 243025	B1 243026	B2 243027	B3 243028	B4 243029
C1 243030	C2 243031	C3 243032	C4 243033	D2 243034	D3 243035	XW 243036	W 243037	OA2 243038	OA3 243039

Campaign News 5

クリアフィル®マジェスティ® ES-2 Premium 新発売記念キャンペーン

期間延長! 2013年1月20日まで!

数量限定

2012年11月21日から実施しております『**クリアフィル® マジェスティ® ES-2 Premium 新発売キャンペーン**』をご好評につき、数量限定で期間を延長し実施いたします。
期間中、**「クリアフィル® マジェスティ® ES-2 Premium スターターセット」1セット**に**「クリアフィル® マジェスティ® ES-2 シェードガイド」**を詰め合わせて**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

歯科充填用コンポジットレジン

クリアフィル®マジェスティ® ES-2 Premium スターターセット

保険適用外

1セット

A2E、A2D、A3E、A3D 各1本入

■内容　各3.6g/2.0mL
■標準価格　17,000円
●医療機器認証番号　224ABBZX00120000
●医療機器の分類　管理医療機器(クラスⅡ)

と

クリアフィル®マジェスティ® ES-2 シェードガイド

■標準価格　8,000円

2点を詰め合わせて

特別価格にてご提供！

セールコード 243049

MORITA

Kuraray Noritake Dental

Campaign News

2013. 1月号

クラレノリタケデンタルキャンペーンニュース　◆期間◆ 2012年12月21日～2013年1月20日

数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、

『**クラレノリタケデンタル キャンペーンニュース1月号**』といたしまして、

キャンペーンを企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。

クリアフィル® クラブ

製品の使い方動画も見れる「クリアフィルクラブ」 http://clearfil.dental-plaza.com/

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタルもしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。 ●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。
●掲載商品の標準価格は2012年12月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。 ●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。
●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ●お問い合わせは、お出入りの歯科商店までお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町2-28　〒959-2653

販　売 株式会社モリタ
大阪本社　大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社　東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB NO. M232.1804-1-000-.1212.65,000S-IO

Campaign News 1

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE ご愛顧感謝キャンペーン

◆期間◆ 2012年12月21日～2013年1月20日

数量限定

期間中、**「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」単品1箱**に**「ミキシングチップ」20個、「ガイドチップ(細)」20個**を詰め合わせて **特別価格** にてご提供いたします。
ぜひ、この機会をご利用ください。

●販売名　クリアフィル DCコア オートミックス ONE
●一般的名称　歯科用支台築造材料
●医療機器認証番号　223ABBZX00086000
●医療機器の分類　管理医療機器(クラスⅡ)

歯科用支台築造材料

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE

デンチン または ホワイト

単品1箱

■内容　Aペースト　8.9g(4.5mL)　ミキシングチップ 20個
　　Bペースト　9.0g(4.5mL) 1本　ガイドチップ(太) 10個
　　ガイドチップ(細) 10個
■標準価格　9,500円

と

ミキシングチップ ×20個
■標準価格　1,000円

ガイドチップ(細) ×20個
■標準価格　500円

クリアフィル®ボンド SE ONEとの組み合わせで、光が届き難い根管内でも対応可能!

クリアフィル®ボンド SE ONE 解説ページをご参照下さい。

3点を詰め合わせて

特別価格にてご提供！

キャンペーンコード デンチン 242946-D・ホワイト 242946-W

使用ステップ概要

クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE

※使用前には必ず本品及び関連材料の添付文書をお読み下さい。

1 クリアフィル ボンド SE ONE塗布

2 光照射



3 クリアフィル DCコア オートミックスONE充填



4 クリアフィル ファイバーポスト植立

5 光照射



6 クリアフィル DCコア オートミックスONE充填

7 光照射



8 形態修正

9 完成

Campaign News 2

クリアフィル® ボンド SE ONE ご愛顧感謝キャンペーン

◆期間◆ 2012年12月21日～2013年1月20日

数量限定

期間中、**「クリアフィル® ボンドSE ONE」単品1個**を **特別価格** にてご提供いたします。
ぜひ、この機会をご利用ください。

●販売名　クリアフィル ボンド SE ONE
●一般的名称　歯科用象牙質接着材
　(歯科セラミックス用接着材料)
　(歯科金属用接着材料)
●医療機器認証番号　223ABBZX00085000
●医療機器の分類　管理医療機器(クラスⅡ)

歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)

クリアフィル® ボンド SE ONE

単品1個を

■内容　ボンド(5.6mL)1本
■標準価格　16,500円

特別価格にてご提供！

商品コード 242892

クリアフィル®ボンド SE ONE ／クリアフィル®DCコアオートミックス®ONE　解説ページ

冷蔵庫にコレ1本!

クリアフィル ボンド SE ONEを用いればボンドは1液でデュアルキュアの機能を発揮!

·押し出しが容易で切れが良い
·高い賦形性で築盛も簡単

ONE と ONE の組み合わせで **接触硬化**

【「クリアフィル® ボンド SE ONE」と「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」の場合】

「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」と「クリアフィル® ボンド SE ONE」の接触硬化で**光が届かない部位も化学重合により硬化が可能。**



【光重合型ボンドの場合】

壁部や深部の重合は不十分になる。

光照射による重合
光が届かないので重合が不十分なボンド層

CR充填

特長は接着だけじゃない！刺激の少ないエタノールなので小児の患者さんにもオススメです。

窩洞シーリング

高い接着力で形成面をシーリング！
レジンセメントとの相性も良好です。

露出根面の処置

「クリアフィル®ボンド SE ONE」はフッ素徐放性あり。高い接着だけでなく歯質も強化！

非貴金属や金銀パラジウム合金の表面処理

接着性モノマーMDPは、実は非貴金属や金銀パラジウム合金の表面処理も可能！

口腔内リペアや補綴修復物の処置

「クリアフィル®ポーセレンボンドアクティベーター」と組み合わせると、補綴修復物の表面処理はもちろん、歯質を含むリペアも一括処理が可能!

●各支台築造用レジンとボンディング材の組み合せ表

注)1【「クリアフィル® ボンド SE ONE」と「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」の場合】
「クリアフィル® ボンド SE ONE」と「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」に相互に入っている触媒が化学重合する為。

注)2【光重合型ボンドの場合】
光が十分に届かず壁部や深部の重合は不十分になる。

	クリアフィル® ボンド SE ONE	クリアフィル トライエスボンド® ND	クリアフィル® メガボンド® / クリアフィル® メガボンド® FA	クリアフィル® DC ボンド	クリアフィル® ライナーボンド II Σ	クリアフィル® フォトボンド / クリアフィル® ニューボンド
クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE	○ 注)1	× 注)2	× 注)2	○	○	○
クリアフィル® DCコア ペースト / クリアフィル® DCコア オートミックス	×	×	×	○	○	○
クリアフィル® フォトコア	○	○	○	○	○	○
クリアフィル® コア	×	×	×	○	○	○
各社デュアルキュア型 支台築造用レジン	×	×	×	○	○	○

光が確実に届く部位に限ります　例)歯冠部の築盛等

ルーにゃん

MORITA

サンメディカルの Wコート キャンペーン

数量限定

2012年12月21日～2013年2月20日

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、
「サンメディカルのWコートキャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

キャンペーン① 歯科用知覚過敏抑制材料 MSコート F

MS Coat F
Desensitizer for Hypersensitive Teeth

●医療機器認証番号
223AFBZX00044000
●医療機器の分類
管理医療機器（クラスⅡ）

フッ素配合

MSコート F セット
■標準価格　9,800円
■セット構成
MSコート F（5mL）1本／フェルトホルダー1本／フェルトチップ100本／プラスチックダッペン20枚
特別価格にてご提供！

MSコート F 単品
（5mL）1本　■標準価格　7,600円
特別価格にてご提供！

キャンペーン② 歯科用知覚過敏抑制材料 MSコート ONE

MS Coat ONE
Desensitizer for Hypersensitive Teeth

●医療機器認証番号
211AFBZX00007000
●医療機器の分類
管理医療機器（クラスⅡ）

MSコート ONE セット
■標準価格　9,800円
■セット構成
MSコート ONE（5mL）1本／フェルトホルダー1本／フェルトチップ100本／プラスチックダッペン20枚
特別価格にてご提供！

MSコート ONE 単品
（5mL）1本　■標準価格　7,600円
特別価格にてご提供！

カルシウム反応型で痛みを抑える

ナノサイズMSポリマーとしゅう酸が歯質のカルシウムと反応！

ナノサイズのMSポリマーとしゅう酸が歯質のカルシウムと反応し、保護被膜を形成して象牙細管を緊密に封鎖します。
同時にフッ素が歯質に素早く取り込まれます。

●高い知覚過敏抑制効果！
●フッ素配合による耐酸性向上！
●ホワイトニング前後の知覚過敏抑制にも有効！
●刺激が少なくマイルド！



◀適用後の象牙細管



MSコートの高い知覚過敏抑制効果を継承

MSポリマー ⊕ しゅう酸 ⊕ カルシウム
＝
しっかり封鎖！

POINT 『MSコート ONE』に含まれるナノサイズMSポリマーとしゅう酸が象牙細管内のカルシウムと反応して沈着し、シュウ酸カルシウム結晶を含む一体化した保護被膜を形成して細管を緊密に封鎖します。

充実した付属品

ピンセットで綿球等を把持してこすり塗りをすると
ピンセットが歯肉にこすれて
傷つける場合があります。

フェルトホルダーと
フェルトチップ（100本）をセットに付属。



裏面にサンメディカルのコート材「ハイブリッドコートⅡ」のキャンペーンをご紹介していますので、ぜひ、ご覧ください。

サンメディカルの

Wコートキャンペーン

数量限定

2012年12月21日～2013年2月20日

期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

キャンペーン③

歯科用シーリング・コーティング材

ハイブリッドコートⅡ

●医療機器認証番号　221AFBZX00106000
●医療機器の分類　管理医療機器(クラスⅡ)

ハイブリッドコートⅡ セット

■標準価格　17,000円
■セット構成
リキッド(5mL)1本／コートスポンジ160粒／コートブラシ10本／V型ダッペン5枚

特別価格にてご提供！

ハイブリッドコートⅡ リキッド

(5mL)1本　■標準価格　14,500円

特別価格にてご提供！

レジンコーティング型で痛みを抑える

ハイブリッドコートⅡ
薄く、硬く、しなやかで丈夫な被膜を形成

薄く、硬く、しなやかで丈夫な コーティング被膜を形成！

- ●歯冠形成後の痛みを抑える！
- ●硬い被膜で外来刺激をシャットアウト！
- ●良質な樹脂含浸層でう蝕を予防！
- ●高い被膜耐久性による知覚過敏抑制効果！

コートブラシ



コートブラシ中の親水性重合開始剤で被膜を重合し、均一で良質な極薄被膜を形成

リキッド中の光重合開始剤に加えて、コートブラシ中に当社独自の親水性重合開始剤を吸着させています。この親水性重合開始剤の効果により、水分が残存する歯質界面からも重合・硬化することができ、良質な樹脂含浸層と一体化した丈夫な極薄被膜の形成が可能です。

製品をお使いになる前に

- 「コートスポンジ」及び「コートブラシ」(専用品)には重合開始剤が含まれていますので、リキッドは必ず「コートスポンジ」あるいは「コートブラシ」でかき混ぜてください。
- 他のスポンジやブラシを使用すると接着性能が低下します。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。
●掲載商品の標準価格は2012年12月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●お問い合わせは、お出入りの歯科商店までお願いします。
●ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

製造販売　サンメディカル株式会社
滋賀県守山市古高町571-2　〒524-0044

発　売　株式会社モリタ
大阪本社　大阪府吹田市垂水町3-33-18　〒564-8650　TEL:06-6380-2525
東京本社　東京都台東区上野2-11-15　〒110-8513　TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB NO. M232.1798-1-000.1212.70,000N-IO

インプラント安定性測定器

オステルISQアナライザ

診療現場での扱いやすさも考慮。

質量400g の手のひらサイズ。
ディスプレイでISQ値を患者様にご確認いただきながらの処置も可能です。
本体メモリーに400例の測定結果を保存可能。
付属の電源装置でリチウム・バッテリーに充電することができます。

■仕様

電　源	100V～230V AC/50～60Hz
消費電力	5VA
外形寸法	W120×D195×H45mm
質　量	400g

標準価格 360,000円 *679001*

付属品 （別売りもできます）

■計測用プローブ 注1

標準価格 48,000円 *679005*
（オートクレーブ可）

■充電器 注1

標準価格 11,000円 *679008*

■PC接続用ケーブル 注1

標準価格 4,500円 *679007*

■テスト用ペグ 注1

標準価格 7,800円 *679003*

■スマートペグマウント（1本）　スマートペグをインプラントにねじ込むためのツールです。

関連製品 （付属品ではありません）

スマートペグ

先端のロッドで、インプラント体、アバットメントに装着することができます。一つひとつ滅菌されており、再利用はできません。

標準価格　5本入り 15,000円 *679002 - 1～55*

※スマートペグはメーカーやインプラントサイズによりネジ径が異なりますので、各社・各サイズに応じたものをご使用ください。

データマネージャー

本体をUSBケーブルでPCと接続することにより、測定データをPCに保存。次回の分析などに活用するため、データベースを構築する専用ソフトです。

※Windows専用。(NT、2000、XP、Vista or 7)

標準価格 30,500円 *679010*

スマートペグマウント （オートクレーブ可）

標準価格　5本入り 18,000円 *679009*

スマートペグをインプラントにねじ込むためのツールです。

オステルISQアナライザ 専用ソフトケース 注1

標準価格 11,000円 *679004*

注1 受注発注品です
※製品写真は実際とは異なる場合があります。

●販売名 オステルISQアナライザ　●一般的名称 歯接触分析装置　●医療機器届出番号 27BIX00109000284　●医療機器の分類 一般医療機器（クラスI）/ 特定保守管理医療機器

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。　●掲載商品の標準価格は、2012年12月3日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。　●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造　オステルAB（スウェーデン）

製造販売 株式会社モリタ
大阪本社　大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社　東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB No. M207.1799-1-000.1212.60,000IL-IO

MORITA

インプラント安定性測定器

オステル ISQ アナライザ

インプラント体への接触なしに測定可能
測定データを保管し、より安心な治療を実現

インプラント安定度の
数値化による治療計画の指標

製造　オステルAB（スウェーデン）

触れずに測定できる、
新しいインプラント安定性測定器

より美しい歯を求める患者さんの希望に応え、
インプラント治療はかなり身近なものとなりました。
また、治療技術の進歩によって治療リスクが軽減されたことで、
さらに多くの患者さんがインプラントに関心を抱かれています。
そんなニーズに対応したインプラント安定性測定機器がオステルISQアナライザです。

進化するインプラント技術
測定法も進化が必要です

オステルISQアナライザは、インプラント体の安定性を測定するための診断機器です。インプラント体、またはアバットメントに装着する「スマートペグ」を使用して、非接触でISQ値(インプラント安定指数)が測定できます。測定されたデータは本体に保存されます。

治療のリスクを
早期に発見できます

簡単な操作でISQ値を確認できます。これをもとにインプラント荷重時期の計画を立てることができます。破折やクラウンの作り直しなどを予見し、リスク・無駄を回避することが可能です。

迅速に治療方針の決定ができます



初期段階から測定が行えるため、早期から充分な安定指数が計測された場合は、早期荷重をかける目安になります。また、荷重時に埋込み時のISQ値と比較することで、治療を進行させるかどうか決定の指標となります。

「非接触」で測定可能です

プローブから磁気パルスを「スマートペグ」に発信し、共振周波数を測定することでISQ値を算出・表示します。直接インプラント体やアバットメントに器具を接触させないため、余分な衝撃を与えずに測定可能です。

操作は簡単、2ステップ

スマートペグを
インプラントに連結します

スマートペグマウント(付属品)を用いて、スマートペグをインプラントにねじ込みます。

※スマートペグはメーカーやインプラントサイズによりネジ径が異なりますので、各社・各サイズに応じたものをご使用ください。(別売)

非接触で測定します

プローブから磁気パルスを発信。スマートペグとの共振周波数を測定し、安定性を数字で表示します。

治療計画の目安、ISQ値

ISQ値(インプラント安定指数)は、RFA(共鳴振動周波数分析)法を用いたもので、インプラント体の安定性を、1～100の数値で表します。ISQ数値が高いほど、安定性が高いことになります。オステルISQアナライザは、磁気パルスによってインプラントに取り付けたスマートペグを刺激し、共鳴させます。共鳴が生じる磁気パルスの周波数とインプラントの安定性は相関しているため、治療者はインプラント体に器具を接触させることなく、客観的な安定性を数値で評価できます。

■ ISQ値とインプラント体安定性の相関の目安

	60	65	70
低い安定性 → 中程度の安定性 → 高い安定性			
捕縄のプロトコル ※	リスクのあるインプラントISQをモニター	フルブリッジ	部分修復	単冠修復 シングルスタンディング
埋入のプロトコル ※		2回法	1回法または2回法	1回法
修復のプロトコル ※		通常荷重	早期荷重	即時荷重

※別紙資料「オステルISQアナライザの代表的論文の要約」をご覧ください。

オステルISQアナライザの代表的論文の要約

オステルの論文650選

RFA（共鳴振動周波数分析）方法は650報を超える科学論文で科学的に実証されている方法です。
データベースは www.osstell.com/scientific-forum で検索できます。

1. 化学的に表面をサンドブラストして酸エッチングした1回法チタンインプラントの早期荷重：下顎臼歯のインプラント周辺歯槽骨変化とインプラント安定指数（ISQ値）の数値に関する6ヵ月間のプロスペクティブケースシリーズ研究の結果

Michael M. Bornstein, Dr. med. dent; Christopher N. Hart, DMD; Sandro A. Halbritter, Dr. med. dent; Dean Morton, BDS, MS;t Daniel Buser, Prof. Dr. med. dent. Clin Implant Dent Relat Res 2009

上記の研究によって、即時荷重または早期荷重の場合、開業医における通常の診療ではISQ/RFA方法が有用であることが立証されました。
早期荷重に関しては、ISQ値を連続して測定してインプラント埋入時の数値とその後の荷重時の数値を比較することが重要と考えられます。

荷重時のISQ値が65未満の場合は、治癒期間をさらに延長することを勧めます。3週間後に再びISQ値を測定し、ISQ値が所要の数値になるまで測定を行います。この方法は実用的で、患者から理解が得られやすいです。（Daniel Buser教授はEAO 2010のオステル科学シンポジウムで行われたプレゼンテーションで、単歯で早期荷重/ストローマンの場合はISQ値が70以上とし、それに達していないとさらに3週間を要するとしています）。

2. 骨内インプラントの外科的埋入と荷重における共鳴振動周波数分析の予測値

Baltayan, Serge; Mardirosian, Martin; El-Ghareeb, Moustafa; Aghaloo, Tara; Pi-Anfruns, Joan; Moy, Peter AAID Poster 2011

ISQ値が66より大きければインプラント1回法を適用できますが、66以下の場合は2回法を行わなければなりません。この場合、2回法の方が成功率は高くなります。本研究では、1回法と2回法の選択基準として、コンピューターによるISQ値のカットオフ値を66としました。
また、ISQ値が64以上であればインプラント早期荷重を行うことができます。ISQ値が64未満の場合は従来の荷重方法を行うべきで、この方が成功率は高くなります。本研究では、早期荷重と従来の荷重方法の選択基準にコンピューターによるISQ値のカットオフ値を64としました。オッセオインテグレーション時のISQ値が高いほど、成功率は高くなります。

3. 即時荷重インプラントの2次固定促進に多血小板血漿を使用

Stefan Peev, DMD. Inside Dentistry, September 2007, Special Issue 2

2本以上の連結インプラントを本研究でのすべてのインプラントの相互アバットメントとして使用しました。埋入時のISQ値の下限は60とし、ISQ値の変動を臨床結果を確保するために使用しました。登録していたISQ値が50以下になったときは、ショートカバースクリュー付きのアバットメントを交換してそのインプラントの除荷を行いました。

4. インプラントの直接荷重

Pär-Olov Östman DDS, PhD, MD, Private practitioner, Falun- and Biomaterial group, Sahlgrenska Academy, Gothenburg - Tandläkartidningen årg 100 nr 3, 2008

論文IV
本研究は上顎無歯顎の20名の患者で行いました。直接荷重の基準として、挿入トルクを30Ncm、最後臼歯のインプラントのISQ値が60より大きく、4本の前歯インプラントのISQ値の合計を200（1本平均50）としました。

結論として、初期固定が優れていて、咬合に優れた安定した暫間ブリッジに連結インプラントを使用した場合であれば、インプラントを直接荷重しても良い結果が得られました。

5. インプラントの安定性の診断とインプラント生存に及ぼす影響：プロスペクティブケースシリーズ研究

Daniel Rodrigo, Luis Aracil, Conchita Martin, Mariano Sanz Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 255-261

インプラントの2次固定（オステル2）を評価するためにRFA値を調べたところ、インプラントのアウトカムと統計学的に有意な相関が認められました。
実際に、ISQ値が60より大きければインプラントは脱落せず、ISQ値が60未満の場合は19%が脱落しました。

6. インプラント安定指数（ISQ値）対 in Vitroにおける初期固定（微細動）の直接測定：骨密度と挿入トルクの影響

Paolo Trisi PhD, Teocrito Carlesi DDS, Marco Colagiovanni DDS, Giorgio Perfetti MD, DDS Journal of Osteology and Biomaterials, Volume 1, Number 3, 2010

本研究でISQ値が高くなると微動作は小さくなったことから、観察された微細動とISQ値間には大きな関係があると考えられました。
in vitro研究と本結果をそのまま臨床に適用することはできません。

7. 初期固定の測定：外科医の認識と客観的測定の比較

Degidi M, Daprile G, Piattelli A. - Int J Oral Maxillofac Implants. 2010 May-Jun;25(3):558-61.

即時荷重の場合、初期固定を正確に予測できてもエラーを完全に回避することはできません。
従って、客観的測定をもっと系統的に使用することが求められます。

- RFAが低いと認識している場合の正解率は19%（81%が実際には中等度または高かった）
- RFAが中等度と認識している場合の正解率は43%（57%が実際には低い、または高かった）
- RFAが高いと認識している場合の正解率は85%（15%が実際には低い、または中等度）

8. 共鳴振動周波数分析を用いたインプラント安定性の測定：生物学的および生体力学的な側面と臨床的意味

Sennerby L, Meredith N. Periodontology 2000, Vol. 47, 2008, 51-66.

本論文はオステルとISQアナライザに関する科学の多くを要約するものです。本論文ではインプラント安定性とその測定方法について説明します。
ISQ値測定の臨床的な意味と様々なISQ値およびISQ値の傾向の解釈について論じます。

オステルISQアナライザの代表的論文の要約

オステルの論文650選

RFA（共鳴振動周波数分析）方法は650報を超える科学論文で科学的に実証されている方法です。
データベースは www.osstell.com/scientific-forum で検索できます。

1. 化学的に表面をサンドブラストして酸エッチングした1回法チタンインプラントの早期荷重：下顎臼歯のインプラント周辺歯槽骨変化とインプラント安定指数（ISQ値）の数値に関する6ヵ月間のプロスペクティブケースシリーズ研究の結果

Michael M. Bornstein, Dr. med. dent; Christopher N. Hart, DMD; Sandro A. Halbritter, Dr. med. dent; Dean Morton, BDS, MS;t Daniel Buser, Prof. Dr. med. dent. Clin Implant Dent Relat Res 2009

上記の研究によって、即時荷重または早期荷重の場合、開業医における通常の診療ではISQ/RFA方法が有用であることが立証されました。
早期荷重に関しては、ISQ値を連続して測定してインプラント埋入時の数値とその後の荷重時の数値を比較することが重要と考えられます。

荷重時のISQ値が65未満の場合は、治癒期間をさらに延長することを勧めます。3週間後に再びISQ値を測定し、ISQ値が所要の数値になるまで測定を行います。この方法は実用的で、患者から理解が得られやすいです。（Daniel Buser教授はEAO 2010のオステル科学シンポジウムで行われたプレゼンテーションで、単歯で早期荷重/ストローマンの場合はISQ値が70以上とし、それに達していないとさらに3週間を要するとしています）。

2. 骨内インプラントの外科的埋入と荷重における共鳴振動周波数分析の予測値

Baltayan, Serge; Mardirosian, Martin; El-Ghareeb, Moustafa; Aghaloo, Tara; Pi-Anfruns, Joan; Moy, Peter AAID Poster 2011

ISQ値が66より大きければインプラント1回法を適用できますが、66以下の場合は2回法を行わなければなりません。この場合、2回法の方が成功率は高くなります。本研究では、1回法と2回法の選択基準として、コンピューターによるISQ値のカットオフ値を66としました。
また、ISQ値が64以上であればインプラント早期荷重を行うことができます。ISQ値が64未満の場合は従来の荷重方法を行うべきで、この方が成功率は高くなります。本研究では、早期荷重と従来の荷重方法の選択基準にコンピューターによるISQ値のカットオフ値を64としました。オッセオインテグレーション時のISQ値が高いほど、成功率は高くなります。

3. 即時荷重インプラントの2次固定促進に多血小板血漿を使用

Stefan Peev, DMD. Inside Dentistry, September 2007, Special Issue 2

2本以上の連結インプラントを本研究でのすべてのインプラントの相互アバットメントとして使用しました。埋入時のISQ値の下限は60とし、ISQ値の変動を臨床結果を確保するために使用しました。登録していたISQ値が50以下になったときは、ショートカバースクリュー付きのアバットメントを交換してそのインプラントの除荷を行いました。

4. インプラントの直接荷重

Pär-Olov Östman DDS, PhD, MD, Private practitioner, Falun- and Biomaterial group, Sahlgrenska Academy, Gothenburg - Tandläkartidningen årg 100 nr 3, 2008

論文IV
本研究は上顎無歯顎の20名の患者で行いました。直接荷重の基準として、挿入トルクを30Ncm、最後臼歯のインプラントのISQ値が60より大きく、4本の前歯インプラントのISQ値の合計を200（1本平均50）としました。

結論として、初期固定が優れていて、咬合に優れた安定した暫間ブリッジに連結インプラントを使用した場合であれば、インプラントを直接荷重しても良い結果が得られました。

5. インプラントの安定性の診断とインプラント生存に及ぼす影響：プロスペクティブケースシリーズ研究

Daniel Rodrigo, Luis Aracil, Conchita Martin, Mariano Sanz Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 255-261

インプラントの2次固定（オステル2）を評価するためにRFA値を調べたところ、インプラントのアウトカムと統計学的に有意な相関が認められました。
実際に、ISQ値が60より大きければインプラントは脱落せず、ISQ値が60未満の場合は19%が脱落しました。

6. インプラント安定指数（ISQ値）対 in Vitroにおける初期固定（微細動）の直接測定：骨密度と挿入トルクの影響

Paolo Trisi PhD, Teocrito Carlesi DDS, Marco Colagiovanni DDS, Giorgio Perfetti MD, DDS Journal of Osteology and Biomaterials, Volume 1, Number 3, 2010

本研究でISQ値が高くなると微動作は小さくなったことから、観察された微細動とISQ値間には大きな関係があると考えられました。
in vitro研究と本結果をそのまま臨床に適用することはできません。

7. 初期固定の測定：外科医の認識と客観的測定の比較

Degidi M, Daprile G, Piattelli A. - Int J Oral Maxillofac Implants. 2010 May-Jun;25(3):558-61.

即時荷重の場合、初期固定を正確に予測できてもエラーを完全に回避することはできません。
従って、客観的測定をもっと系統的に使用することが求められます。

- RFAが低いと認識している場合の正解率は19%（81%が実際には中等度または高かった）
- RFAが中等度と認識している場合の正解率は43%（57%が実際には低い、または高かった）
- RFAが高いと認識している場合の正解率は85%（15%が実際には低い、または中等度）

8. 共鳴振動周波数分析を用いたインプラント安定性の測定：生物学的および生体力学的な側面と臨床的意味

Sennerby L, Meredith N. Periodontology 2000, Vol. 47, 2008, 51-66.

本論文はオステルとISQアナライザに関する科学の多くを要約するものです。本論文ではインプラント安定性とその測定方法について説明します。
ISQ値測定の臨床的な意味と様々なISQ値およびISQ値の傾向の解釈について論じます。